

# Алмазный Стоматологический Инструмент

## Калибровочный сертификат

Настоящий сертификат предназначен для потребителей продукции фирмы ДИАСА и имеет юридическую силу на всей территории России.

1. Фирма ДИАСА, настоящим удостоверяет, что все инструменты, производимые фирмой, выполнены в соответствии с требованиями ISO 1797 и ГОСТ Р 50350.1, ГОСТ Р 50350.2 "Стоматологические вращающиеся инструменты".
2. Диаметры и посадочные поверхности хвостовиков боров серий "314", "315", "316" или "FG", выполнены в пределах размеров Ø1,591-Ø1,599 мм, установленных вышеуказанными нормативными документами. Боры серии "204" или "RA", а также зуботехнические головки серии "104" или "HP", выполнены в пределах размеров Ø2,335-Ø2,349 мм.
3. Фирма ДИАСА ужесточила предельные отклонения размеров хвостовиков в следующих диапазонах Ø1,591-Ø1,596 мм и Ø2,340-Ø2,349 мм, во избежание неточности измерений в различных температурных условиях и совместимости со всеми наконечниками, используемыми в стоматологической практике, на территории России.
4. Фирма ДИАСА производит замену инструментов собственного производства, вслучае обнаружения вышеуказанных, с отклонением от норм ISO 1797 и ГОСТ Р 50350.1, ГОСТ Р 50350.2, с подтверждением в независимой экспертизе..
5. Данный сертификат распространяется на всю номенклатуру, производимую фирмой ДИАСА, и действителен на всей территории Российской Федерации при соблюдении правил эксплуатации и ухода, изложенными в "[Инструкции по применению](#)".



Генеральный директор

**Соколов А.В.**